

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
-------------	-----------	---------------	------------	---------	----------

Sair

17:28:34



Número da OC 102109100582018OC00004 - Itens negociados
pelo valor total
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UC SEC.DESENV. ECONOMICO, CIENCIA,TECN. INOVACA
USP-FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

21383972893 Tatiana Camila Milani

[Voltar](#)

Pergunta

Lâmpadas

09/04/2018 10:42:50

RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA

Poderia confirmar se aceitam a utilização de lâmpadas de deutério e tungstênio no lugar da Xenônio. Pois as nossas lâmpadas são melhores do que a de xenônio.

Aguardo suas notícias.

Atenciosamente

Ricardo L. Donadi

Resposta

Tatiana Camila Milani

10/04/2018 17:26:24

Boa tarde,

Conforme resposta do requisitante , segue resposta para o questionamento acima descrito:

"Manter a proposta apenas para a lâmpada de xenônio. É uma lâmpada que atende a nossa demanda e apresenta a vantagem de ser acionada apenas no momento da utilização, não havendo necessidade de tempo adicional para estabilização."